

# 治験冷蔵庫・冷凍庫対応 情報室用

2024/4/7 改変

【通常時：平日日勤帯（対象は検査技師 A、検査技師 B、検査技師 C）】

- ① 遠隔監視システムにログインし、システム上のエラーがないことを確認する。
- ② 治験事務局指定のチェック表に記載する。

【故障時】

- ① 休日中の故障は検査科要員より申し送りを受け、故障の現状を確認する。
- ② 修理が必要な場合は、修理伝票を作成する。
- ③ 治験事務局および 2 つの CRC へ故障内容および検体保管状況を報告する。

記録に残すためにも連絡方法はメールは必須。CC アドレスとして 2 つの CRC アドレスを入力しメールする。

【連絡先】

治験事務局 電話・メールアドレス：個人情報のためホームページには不記載。

【CRC】

(CRC)A 社：個人情報のためホームページには不記載。

(CRC)B 社：個人情報のためホームページには不記載。